

中文名稱:示差掃描熱卡分析儀

英文名稱 Differential Scanning Calorimeter

廠牌及型號 Hitachi/ DSC 200

重要規格操作溫度: 25 ~ 725°C ; 式樣重量: 0.5 ~ 10 mg ; 程控升溫速率:
0.01°C ~ 100°C/分鐘 ; 0.01°C/分鐘最小之增加量 ; 溫度精確度: $\pm 0.05\%$

校內單位 800 元/件 耗材:鋁盤 100 元/組

校外學術單位 800 元/件 耗材:鋁盤 100 元/組

校外非學術單位 1500 元/件 耗材:鋁盤 100 元/組

聯絡方式

國立高雄科技大學 水產檢驗服務中心

服務電話: 07-3617141 ext. 23646 或 23610

歡迎來電洽詢